

报告编号: 201102104



检 验 报 告

样品名称 储液袋

型号规格或等级 SA001

委托单位 上海乐纯生物技术有限公司

检验类别 委托



上海市食品药品监督管理局



声 明

- 1、本报告无本机构检验报告专用章或公章无效；
- 2、本报告无编制或主检、审核人、批准人签名无效；
- 3、本报告涂改无效；
- 4、复制报告未重新加盖本机构“检验报告专用章”或本机构公章无效；
- 5、送样委托检验仅对来样负责；
- 6、部分采用本报告无效；

本机构通讯资料

地址：中国上海市浦东张衡路1500号

邮政编码：201203

电话：（8621）50798215

传真：（8621）50798213

电子信箱：webmaster@shpmcc.com

网址：<http://www.shpmcc.com>

检验报告

样品名称	储液袋	检验类别	委托
型号规格和/或等级	SA001	商标	--
任务来源	检验委托合同(协议):20111348		
委托单位名称	上海乐纯生物技术有限公司		
制造单位名称	上海乐纯生物技术有限公司		
抽样单编号	--	抽取的样本送到日期	一年一月一日
抽样日期	一年一月一日	抽样地点	--
受检批生产日期	一年一月一日	批号或编号	110916-01-01-10
受检批数量	--	抽取样本数量	--
委托样品数量	1只	委托样品收到日期	2011-10-20
检验依据和/或综合判定原则	参照YBB00122003		
检验日期	2011-11-1 至 2011-11-3		
检验结论	根据委托方的要求, 仅提供实测数据, 详见检验结果汇总表。		
受检(委托)单位通讯资料	地址	上海市莘砖公路518号11号楼304-2	
	邮政编码	210000	电话 57791703

批准 蔡学

审核 陆维招

编制 沈沁

职务 副经理

职务 质量管理主任

职务 检测管理员

日期 2011.11.4

日期 2011.11.4

日期 2011.11.3

检验报告

报告编号: 201102104

共 3 页 第 2 页

批号: 110916-01-01-10

样品编号: 201102104-02096

检验结果汇总				
序号	检验项目名称及单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	热合强度	/	48N/15mm	/
以下空白				
附注	1、检验项目无分包。 2、检验结果不需要包括不确定度的估算值。			

林林林林林林

检验报告

报告编号: 201102104

共 3 页 第 3 页

检验情况说明					
样品 特性 状态	送检样品包装完整。				
分包 检验 情况	分包检验项目		--		
	分包 实验室	名称	--	邮政编码	--
		地址	--	电话	--
其它 说明	本栏空白				

